



Vragen van gemeenteraadsleden

Gemeenteraad

Onderwerp:	AED
Datum	3 juli 2018
Partij:	Helmond Aktief
Bijlage:	21
Ingekomen brief griffie:	3 juli 2018
Antwoord college	13 juli 2018

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Met dit schrijven zouden wij als fractie Helmond Aktief graag informeren naar de stand van zaken inzake bovengenoemd onderwerp.

Begin 2016, deed onze huidige fractievoorzitter Berry Smits, een aanvraag voor ondersteuning bij de zojuist opgerichte instelling Stadslab. De aanvraag behelsde een dekkend AED netwerk in onze gemeente. De aanvraag werd door Stadslab opgepakt en verder met de indiener besproken.

Zoals bekend heeft het initiatief geleid tot de opstart van een pilotproject in Mierlo-Hout. Een projectgroep onder leiding van de Wijkraad Mierlo-Hout kwam uiteindelijk tot een dekkend net werk in Mierlo-Hout met daarbij voldoende vrijwilligers die de 6 AED's konden bedienen.

Nadat door Helmond Aktief tijdens de begroting 2017 een motie AED had ingediend, die raad breed werd ondersteund, is vervolgens de start gemaakt om het AED netwerk gemeentebreed uit te rollen.

In de motie werd specifiek aangegeven dat vanuit de ervaringen vanuit de pilot Mierlo-Hout zou moeten worden verder gegaan. Het college ging na het aanvaarden van een raadsvoorstel voortvarend aan het werk, middelen werden gegeneerd en ambtelijke ondersteuning werd aan het project toegevoegd.

Echter als we de huidige stand van zaken, voor zover wij dit als fractie kunnen onderkennen, moeten we constateren dat er in diverse wijken weliswaar een aanzet hebben gezien maar dat afgeronde projecten, naar het voorbeeld van Mierlo-Hout nog niet hebben kunnen ontdekken.

Bewoners gaan weliswaar enthousiast aan de slag maar ervaren, net zoals in Mierlo-Hout, diverse hobbels! Waarschijnlijk haken dan vele goedwillende bewoners af. Mierlo-Hout werd juist gekenschetst doordat de projectgroep onder leiding van de wijkraad vast bleef houden aan de doelstelling van een dekkend AED netwerk.

Vraag: wordt voorafgaande door het college onderschreven? Zo ja, wat zijn dan de acties die van het college mogen worden verwacht?

Verder is vanuit betrouwbare bron vernomen dat de ambtelijke dienst in samenwerking met de afdeling Inkoop is gestart met een collectieve inkoop van AED's voor de gehele gemeente Helmond.

Een inkoop traject van ca. € 200.000,00 waarvoor een tender is uitgeschreven.

Uit die tender zou blijken dat AED's zouden worden aangeschaft (fabr. niet Europees) die in het land van herkomst niet zouden mogen worden gebruikt. De betrouwbaarheid is onvoldoende.

Ook blijkt dat het uitgangspunt om alle AED's in Helmond voor een gelijke fabrikant te kiezen, hiermee komt te vervallen. In de pilot Mierlo-Hout werd in samenwerking met de afd. Reanimatie van het Elkerliek Ziekenhuis juist een AED gekozen waarvan bruikbaarheid en kwaliteit zou zijn gewaarborgd.

Met deze tender wordt klaarblijkelijk hiervan geheel afgezien.

Vraag: wat is de stand van zaken van de collectieve inkoop AED? Hoe verhoudt zich het inkoop budget met het gevoteerde budget in het raadsvoorstel? Waarom wordt afgeweken van de AED keuze zoals die bij de pilot Mierlo-Hout werd gedaan?

Resumé;

Als fractie Helmond Aktief zijn we van mening dat de uitwerking van het raadsbesluit om te komen tot een dekkend AED netwerk in onze gemeente in uitvoerende zin, nogal wat vragen oproept.

Wij vrezen zelfs dat het project nieuwe impulsen nodig heeft, bijv. met een organisatie vergelijkbaar met de pilot Mierlo-Hout. Waarbij een aparte Stichting AED Helmond mogelijk als aanjager zou kunnen dienen.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet

Fractie Helmond Aktief

Namens deze fvz Berry Smits

Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.

Vraag: wordt voorafgaande door het college onderschreven? Zo ja, wat zijn dan de acties die van het college mogen worden verwacht?

Antwoord: Als college herkennen wij het beeld dat u schetst. Zoals al eerder door ons aangegeven, is de realisatie van een dekkend AED-netwerk in een wijk volledig afhankelijk van in de inzet en bereidheid van inwoners. Dit is tweeledig. Enerzijds moeten inwoners of organisaties bereid zijn een AED-apparaat aan hun pand te bevestigen, anderzijds moeten voldoende inwoners een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkende cursus volgen en jaarlijks een opfriscursus doen.

Ook in Mierlo-Hout heeft het ruim een jaar geduurd (van medio 2016 tot oktober 2017) voordat een dekkend AED-netwerk was gerealiseerd. Vanwege deze constatering wordt in nauwe samenspraak met de afdeling Communicatie momenteel gewerkt aan een plan om dit onderwerp en het belang van betrokkenheid van inwoners via een campagne extra onder de aandacht te brengen in onze stad. Daarnaast zetten we er actief op in om initiatiefnemers te ondersteunen bij het werven van vrijwilligers en het realiseren van een dekkend AED-netwerk.

Wat betreft de huidige stand van zaken: in de wijken Dierdonk, Brouwhuis, Rijpelberg en Stiphout zijn werkgroepen opgericht waarin met ondersteuning van de gemeente wordt getracht een dekkend AED-netwerk van de grond te krijgen. Deze ondersteuning bestaat uit de inzet van wijkadviseurs en bijvoorbeeld het drukken van flyers om burgerhulpverleners te werven. Sinds medio 2017 is het aantal geregistreerde AED's in Helmond gestegen naar 18 (dat waren er 10) en het aantal burgerhulpverleners naar 626 (dat waren er 423). Omdat in Brouwhuis en Rijpelberg het wijkdekkende AED-netwerk pas onlangs in werking is getreden, zijn de 7 AED's in die wijken niet bij dit aantal meegerekend. Het is ons doel om deze trend de komende jaren ook in de andere Helmondse wijken zichtbaar te krijgen.

Vraag: wat is de stand van zaken van de collectieve inkoop AED ? Hoe verhoudt zich het inkoop budget met het gevoteerde budget in het raadsvoorstel? Waarom wordt afgeweken van de AED keuze zoals die bij de pilot Mierlo-Hout werd gedaan?

Op 28 maart 2018 is er een raamovereenkomst getekend voor vier jaar met QRS Healthcare BV rondom de aanschaf van AED-apparaten. De geraamde opdrachtwaarde bedraagt net iets meer dan een ton, en de werkelijke waarde is afhankelijk van het aantal bestellingen. De raamovereenkomst omvat prijzen voor het plaatsen van nieuwe AED's, het verplaatsen van bestaande AED's (van binnen naar buiten) en het onderhoud van de apparaten. Tevens is er de mogelijkheid om ook de opleidingsmomenten en opfriscursussen voor burgerhulpverleners via deze partij af te nemen.

Bij de aanbesteding hebben we rekening gehouden met diverse prijstechnische- en kwaliteitscriteria die gebaseerd zijn op onder andere de ervaringen van de pilot in Mierlo-Hout en de input van een cardioloog van het Elkerliek ziekenhuis.



In de raamovereenkomst is opgenomen dat de opdrachtnemer garandeert dat de plaatsing en aansluiting van de buitenkast inclusief AED conform bestaande wet, regelgeving en normering gebeurt en geen risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of zaken. Bij extra navraag heeft de leverancier aangegeven dat het geleverde type (de Mindray Beneheart D1) volledig aan deze eisen voldoet en wel degelijk ook wordt verkocht in het land waar de apparaten worden geproduceerd. Bij diverse toonaangevende ziekenhuizen zoals het Martini Ziekenhuis in Groningen, het Viecuri Ziekenhuis in Venlo, het Spaarne Gasthuis in Haarlem en het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein wordt gewerkt met exact hetzelfde type apparaat. Daarnaast gebruikt ook het grootste cardiovasculair centrum van Nederland, het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, de Mindray Beneheart D1 en is dit type apparaat bij een test van het OLVG in Amsterdam veruit als beste uit de test gekomen.

Overigens klopt het dat in Mierlo-Hout met andere AED-apparaten wordt gewerkt. Reden hiervan is dat de werkgroep in die wijk niet wilde wachten op de door ons als gemeente doorlopen aanbesteding. Wij zijn verplicht om, binnen de gestelde normen, de aanbestedingsregels te volgen. Daarbij is gekeken naar de beste prijs-/kwaliteitverhouding. Uniformiteit is natuurlijk wenselijk, maar geenszins cruciaal. In ons streven naar meer AED's en opgeleide burgerhulpverleners, gaat het ons vooral om de kwaliteit en de gebruiksvriendelijkheid voor inwoners. Het spreekt voor zich dat de veiligheid van mogelijke patiënten voor ons als college daarbij de hoogste prioriteit heeft.

Burgemeester en wethouders van Helmond

de burgemeester

mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

de secretaris

mr. drs. A.P.M. ter Voert